

**СВОДКА ОТЗЫВОВ НА ПРОЕКТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА
ГОСТ EN 14122 «Продукция пищевая. Определение содержания витамина В₁
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»
по результатам рассмотрения первой редакции проекта межгосударственного стандарта
национальными органами по стандартизации государств – участников Соглашения в АИС МГС**

Элемент межгосударственного стандарта	Наименование организации (номер письма и дата)	Замечание и предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4
По проекту в целом	Кыргызстандарт	Замечаний и предложений нет	Принято
По проекту в целом	Минэкономразвития Украины	Воздержаться. В Украине действует национальный стандарт	Принято
По проекту в целом	Межгосударственный технический комитет № 335	Рекомендуем в названии стандарта вместо слова «содержание» указать наименование определяемой физической величины-массовую долю, так как в тексте стандарта представлено, что подразумевает собой «содержание».	Принято к сведению. Наименование стандарта изложено с учетом принятых наименований существующих межгосударственных стандартов
По проекту в целом	Межгосударственный технический комитет № 335	К недостаткам данного стандарта относится поверхностное отношение к доказательности работоспособности данного метода, произведённого 25 лет назад: - отсутствует указание на то, что предел обнаружения методики равен (0,3-0,4 мг/100г); - подтверждённые данные о непригодности методики для количественного определения тиамина в лиофилизированной печени, лиофилизированных овощах, растворе для энтерального и детского питания с овощами	Принято к сведению. Стандарт разработан в соответствии с программой ПМС на 2019-2021 годы. Вид стандарта в качестве идентичного международному согласован с МТК № 335 письмом № 20/ВД от 29.05.2018

Элемент межгосударственного стандарта	Наименование организации (номер письма и дата)	Замечание и предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4
По всему тексту	Росстандарт	Заменить мкл, мл и л на мм ³ , см ³ , дм ³	Отклонено Изложено в соответствии с оригиналом. В соответствии с международной системой единиц (СИ) внесистемная единица «миллилитр» (мл) допускается к применению наравне с кубическим сантиметром (см ³)
Пояснительная записка	Росстандарт	Уточнить, что проект ГОСТ разработан взамен ГОСТ EN 14122-2013	Принято
Предисловие, пункт 4	Росстандарт	Указать степень соответствия международному стандарту, в соответствии с п. 6.4.2 ГОСТ 1.3-2014	Принято
Раздел 1 и далее по тексту	Росстандарт	Заменить «пищевая добавка» на «биологически активную добавку к пище», в соответствии с ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции»	Принято
Раздел 4, подпункт 4.23.1	Росстандарт	Заменить «6.2.2.» на «6.3» (в соответствии с оригинальным документом EN 14122:2014)	Принято
Раздел 5, пункт 5.3	Росстандарт	Заменить «... и 420 нм...» на «... и 435 нм...» (в соответствии с оригинальным документом EN 14122:2014)	Принято
Раздел 6, пункт 6.3, подпункт 6.3.1	Росстандарт	Изложить в следующей редакции: «Допускается проводить предколоночное (6.3.2.) или послеколоночное (6.3.3) окисление.»	Принято
Раздел 6, пункт 6.3, подпункт 6.3.3.2	Росстандарт	Заменить «...фосфатный буфер (4.2.19)...» на «... фосфатный буфер (4.19)...»	Принято

Элемент межгосударственного стандарта	Наименование организации (номер письма и дата)	Замечание и предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4
Раздел 8, пункт 8.2	Росстандарт	Заменить для раствора для энтерального питания «r=0,082 мг/100 г» на «r=0,02 мг/100 г» (в соответствии с оригинальным документом EN 14122:2014)	Принято
Раздел 8, пункт 8.3	Росстандарт	П. 8.3. Заменить для пищевой добавки «R=112 мг/100 г» на «R=212 мг/100 г» (в соответствии с оригинальным документом EN 14122:2014)	Принято
Приложение В, таблицы В.1, В.2, В.3	Росстандарт	«Количество лабораторий, оставшихся после исключения выбросов – <u>Заменить на:</u> Количество лабораторий, оставшихся после исключения выбракованных; Количество выбросов (лабораторий) – <u>Заменить на:</u> Количество выбракованных (лабораторий). Либо подобрать более корректный перевод фразы	Принято
Приложение В	Межгосударственный технический комитет № 335	Заменить в таблице значение показателя «Коэффициент вариации воспроизводимости» для CRM 485 с 13,3 % на 21,4% . (Ошибка вычисления)	Отклонено. Изложено в соответствии с оригиналом

Элемент межгосударственного стандарта	Наименование организации (номер письма и дата)	Замечание и предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4
Библиография	Росстандарт	Перевод названия документа на русский язык приводится при наличии официального перевода ссылочного документа. Также указывается в сноске информация о нахождении официального перевода документа в соответствии с п. 6.12.2 ГОСТ 1.3-2014	Принято к сведению. Изложено в соответствии с пунктом 6.12 ГОСТ 1.3-2014

Заместитель директора
по техническому нормированию,
стандартизации и методологии
оценки соответствия БелГИСС

О.Ф.Ильянкова

ИСПОЛНИТЕЛИ

Начальник отдела технического
нормирования и стандартизации пищевой
и сельскохозяйственной продукции

Л.М.Скорина

Начальник сектора отдела технического
нормирования и стандартизации пищевой
и сельскохозяйственной продукции

К.А.Родригес

Ведущий инженер отдела технического
нормирования и стандартизации пищевой
и сельскохозяйственной продукции

Н.Ю.Павленок