

СВОДКА ОТЗЫВОВ НА ПРОЕКТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА
ГОСТ EN 14152 «Продукция пищевая. Определение содержания витамина В₂
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»
по результатам рассмотрения первой редакции проекта межгосударственного стандарта
национальными органами по стандартизации государств – участников Соглашения в АИС МГС

Элемент межгосударственного стандарта	Наименование организации (номер письма и дата)	Замечание и предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4
По проекту в целом	Кыргызстандарт	Замечаний и предложений нет	Принято
По проекту в целом	Минэкономразвития Украины	Воздержаться. В Украине действует национальный стандарт	Принято
По проекту в целом	Межгосударственный технический комитет № 335	Рекомендуем в названии стандарта вместо слова «содержание» указать наименование определяемой физической величины-массовую долю, так как в тексте стандарта представлено, что подразумевает собой «содержание».	Принято к сведению. Наименование стандарта изложено с учетом принятых наименований существующих межгосударственных стандартов
По всему тексту	Росстандарт	Заменить мкл, мл и л на мм ³ , см ³ , дм ³	Отклонено Изложено в соответствии с оригиналом. В соответствии с международной системой единиц (СИ) внесистемная единица «миллилитр» (мл) допускается к применению наравне с кубическим сантиметром (см ³)
Пояснительная записка	Росстандарт	Уточнить, что проект ГОСТ разработан взамен ГОСТ EN 14152-2013	Принято
Предисловие, пункт 4	Росстандарт	Указать степень соответствия международному стандарту, в соответствии с п. 6.4.2 ГОСТ 1.3-2014	Принято
Раздел 4, пункт 4.12	Росстандарт	Заменить «г/л» на «моль/л» (в соответствии с оригинальным документом EN 14152:2014)	Принято

Элемент межгосударственного стандарта	Наименование организации (номер письма и дата)	Замечание и предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4
Раздел 4, подпункт 4.20.2.	Росстандарт	Заменить «...в мерную колбу со стандартным веществом...» на «..в мерную колбу вместимостью 500 мл со стандартным веществом...» (в соответствии с оригинальным документом EN 14152:2014)	Принято
Раздел 6, подпункт 6.3.1	Росстандарт	Заменить «В конической колбе» на « мерном стакане или конической колбе...» (в соответствии с оригинальным документом EN 14152:2014)	Принято
Раздел 8, пункт 8.2	Росстандарт	Отсутствует предел повторяемости r для раствора для энтерального питания	Принято к сведению. Изложено в соответствии с оригиналом
Раздел 8, пункт 8.2	Росстандарт	Просим вас прокомментировать перевод «пищевая добавка», возможно авторы оригинального документа рассматривали здесь биологически активные добавки к пище	Принято
Приложение В, таблицы В.1, В.2, В.3	Росстандарт	«Количество лабораторий, оставшихся после исключения выбросов – <u>Заменить на:</u> Количество лабораторий, оставшихся после исключения выбракованных; Количество выбросов (лабораторий) – <u>Заменить на:</u> Количество выбракованных (лабораторий). Либо подобрать более корректный перевод фразы	Принято

Элемент межгосударственного стандарта	Наименование организации (номер письма и дата)	Замечание и предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4
Библиография	Росстандарт	Перевод названия документа на русский язык приводится при наличии официального перевода ссылочного документа. Также указывается в сноске информация о нахождении официального перевода документа в соответствии с п. 6.12.2 ГОСТ 1.3-2014	Принято к сведению. Изложено в соответствии с пунктом 6.12 ГОСТ 1.3-2014

Заместитель директора
по техническому нормированию,
стандартизации и методологии
оценки соответствия БелГИСС

О.Ф.Ильянкова

ИСПОЛНИТЕЛИ

Начальник отдела технического
нормирования и стандартизации пищевой
и сельскохозяйственной продукции

Л.М.Скорина

Начальник сектора отдела технического
нормирования и стандартизации пищевой
и сельскохозяйственной продукции

К.А.Родригес

Ведущий инженер отдела технического
нормирования и стандартизации пищевой
и сельскохозяйственной продукции

Н.Ю.Павленок